


и.о Главного врача:  Сулекеева А.К.
« ___ » _____ 2020 год

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №11

Конференц –зал

14-30 часов 23 июня 2020 года.

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 15-00 часов 23.06.2020 г. Конференц-зале 3 этаж администрации.

1. Коммисия в следующем составе:

Члены комиссии:

Маханбетова.А.У. – заместитель главного врача по лечебной части.

Кебеков Н - юрист

Омарова Ш - фармацевт

Секретарь:

Талғатұлы Е. – экономист по государственным закупкам

Провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам изделий медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма выделенная для закупки по лотам: **1 579 000 тенге**

Лот№	Наименование ИМН	Техническая характеристика	Ед.изм.	Объем закупа	Цена	Суммы запланированная для закупа
1	Сервисный набор	Сервисный набор предназначен для ежегодного обслуживания аппарата ИВЛ «VELA» Уплотнительное кольцо 03808 2 шт. Обратный клапан 03895 2 шт. Шайба 03897 2 шт. Уплотнительное кольцо на подаче 05186 2 шт. Зонтичный клапан 11/4” 05528 1 шт. Фильтр кислорода 06804 2 шт. Фильтр глушителя. 10365 2 шт. Задний фильтр воздушный 20819 2 шт. Фильтр охлаждающего вентилятора (малый размер) 33801 1 шт. Фильтр охлаждающего вентилятора (большой размер) 34058 1 шт. Поршень клапана вдоха 21950 1 шт. Пружина 21971 1 шт. Уплотнительное кольцо 30020 2 шт. Уплотнительное кольцо клапана вдоха 31028 1 шт.	шт	1	319 000	319 000

		Прокладка поршня 31029 1 шт. Батарея 3 В 68319 1 шт. Прокладка клапана вдоха 21013 1 шт. Сервисное обслуживание с заменого сервисного набора может проводиться только инженером, сертифицированным от завода-изготовителя аппарата ИВЛ «VELA». Замена сервисного набора должна, проводится сервис-инженером от завода производителя Care Fusion"USA.				
2	Датчик кислорода	Напряжение: 10 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: -15 – 50 °С; Диапазон измерений: 0 – 100 % O ₂ ; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 47мм, диаметр – 23 мм, резьба М16. Датчик кислорода должен быть произведен и рекомендован производителем аппаратов «VELA». Замена датчика кислорода должна проводится сервис-инженером от завода производителя Care Fusion/ USA.	шт.	1	299 000	299 000
3	Датчик воздушного потока	Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: -15 – 50 °С; Габариты: длина – 74мм, диаметр внешний–26/22 мм.Адаптер для подключения к системе: коннектор brp. Датчик воздушного потока должен быть произведен и рекомендован производителем аппаратов «VELA». Замена датчика воздушного потока должна проводится сервис-инженером от завода производителя Care Fusion/USA.	шт	1	267 000	267 000
4	Аккумуляторная батарея	Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH) Напряжение: 12 В, ток переменный; Емкость: 4.5 А·ч Габариты: 90мм x 67 мм x 36 мм; Вес: 250 г. Аккумуляторная батарея должна быть произведена и рекомендована производителем аппарата VELA. Замена аккумуляторной батареи должна проводится сервис-инженером от завода производителя Care Fusion/ USA.	Комп л. (в комп 4 шт)	1	694 000	694 000

Итого: 1 579 000 тг.

Срок поставок товара по графику после подписания договора

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – Склад КГП на ПХВ « Жалагашская районная больница» ул. Н. Мырзалиев № 73

3.Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальны поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов	Способ предоставления конвертов
1	ТОО «Олл Мед»,	Адрес: АЛМАТЫ, ул. Брюсова дом 4/35,15	23.06.2020г 12:26ч	Доверенность

4. Следующие ценовые предложения отклонения – отклонение нет.

5. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и споставления ценовых прежложении путем открытого голосования, **Решила:**
- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.112, гл.10 Правил и направить приглашение согласно п.113, гл. 10 Правил, последующим аключением договора:

По лотам :№1,2,3,4 ТОО «Олл Мед», (Адрес: АЛМАТЫ, ул. Брюсова дом 4/35,15 БИН171140032077) на общую сумму 1 579 000 тенге .

6. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ « Жалагашская районная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Члены комиссии:

Маханбетова.А.У.  Заместитель главного врача по лечебной части.

Көбеков Н  юрист.

Омарова Ш  фармацевт.

Секретарь
Талғатұлы Е.  экономист по государственным закупкам